



Zadavatel obdržel dodatečný dotaz, na který odpovídá. Authority receives additional question that answer.

Dotaz:

U položky Mikroarray printer je požadovaný parametr: Tisková stanice a držák mikrodestičky s chlazením/vyhříváním v rozsahu 4°C – 45°C.

Je tímto myšleno zajištění teplotních podmínek pomocí lázně, která je chlazená a ohřívána Peltierovým článkem? Díky tomuto technickému provedení je zajištěna maximálně přesná teplotní uniformita.

Odpověď:

Ano, udržení požadované teploty tiskové stanice a držáku mikrodestičky v rozsahu 4°C – 45°C musí být zajištěno pomocí lázně, která je chlazená a ohřívána Peltierovým článkem s možností plynulé regulace teploty.

Zadavatel dle § 98 odst. 1 ZZVZ poskytuje pouze vysvětlení zadávací dokumentace. Nejedná se tedy o změnu zadávacích podmínek dle § 98 odst. 5 ZZVZ. Na základě výše uvedených dodatečných dotazů a odpovědí na ně zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Translate:

Question:

As regard to item Microarray printer there is a requested parameter: Complete deck and microplate cooling/heating from 4°C - 45°C. Does it mean that the stable temperature is kept by bath, were the content of the bath is cooled and heated by Peltier segment? Owing to this technical solution is guaranteed the maximum precise temperature uniformity.

Answer:

Yes, the keeping of the temperature of complete deck and microplate cooling/heating from 4°C - 45°C must be guaranteed by bath, where the content of the bath is cooled and heated by Peltier segment with the possibility of continuous regulation of temperature.

Authority according to § 98 paragraph. 1 ZZVZ only provides an explanation of the tender documentation. It is not a change in the specifications according to § 98 paragraph. 5 ZZVZ. Based on the above additional questions and answers to them authority does not extend the deadline for submission of tenders.