

RMI, s. r. o.

Pernštýnská 116
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 404
tel.: 466 921 885

e-mail: sale@rmi.cz

Zapsána v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, spis. značka: odd. C, vložka 13146



Adresát : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „**Ramanův spektrometr/analyzátor – 2017/0100**“ pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Lázně Bohdaneč, 2. 11. 2017

Vážený pane, vážená paní,

k zadávací dokumentaci k výběrovému řízení „**Ramanův spektrometr/analyzátor – 2017/0100**“, máme následující dotaz:

1) V zadávací dokumentaci, bod 2.1 „Předmět veřejné zakázky“ je uvedena následující specifikace detekční kamery:

Detekční kamera: kamera s CCD plošným detektorem s kvalitním rozlišením, chlazený detektor, ideálně až na -60 °C. Dynamický rozsah pro měření Ramanova signálu.

Z uvedeného popisu není zřejmé, jaká je minimální požadovaná hodnota teploty chlazení CCD detektoru. Teplota chlazení detektoru má velký vliv na cenu nabízeného zařízení. Může tedy zadavatel uvést konkrétní hodnotu požadované minimální teploty chlazení CCD detektoru?

S pozdravem


RMI, s.r.o.
PERNŠTÝNSKÁ 116
533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ
IČ: 25288083 DIČ: CZ25288083

Doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc.
Jednatel firmy RMI, s.r.o.