



Dodatečné informace I

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) s názvem

**Rastrovací elektronový mikroskop s velkou komorou, EDS analyzátořem, EBSD
detektorem a nanoindentorem 2019/0065**
(dále jen „veřejná zakázka“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zadavatel:

Název zadavatele	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo zadavatele	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rektor
IČ zadavatele	44555601
Kontaktní osoba zadavatele	Zbyněk Tichý oddělení veřejných zakázek tel.: 475 286 356

1.

Zadavatel obdržel dne 10. 7. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Anonymizované znění žádosti o vysvětlení a odpověď na žádost dodavatele je uvedena následně:

Dotaz:

U požadavku na zvětšení 5x až 100000x nabízíme zvětšení 7x – 100000x. Uzná zadavatel i tento rozsah?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje tento rozsah.

Dotaz:

U požadavku na max. rozlišení 4096 x 3072px nabízíme 3024 x 2304px. Uzná zadavatel i toto rozlišení?

Odpověď:

Zadavatel neakceptuje toto rozlišení. Trvá na stanovené hodnotě rozlišení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dotaz:

U požadavku na rozlišení FWHM: 133eV nebo lepší. Mohl by zadavatel upřesnit, co tímto požadavkem myslí? Fe má atomové číslo 26 s $K\alpha$ 6,4 keV.

Odpověď:

FWHM je energetické rozlišení pro zpětně odrážené elektrony EBSD detektorů. Zadavatel akceptuje i 124 eV.

V Ústí nad Labem, dne 12. 7. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY