



Dodatečné informace II
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

Laminární boxy - 2019/0146
(dále jen „veřejná zakázka“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560
Název projektu: U21 – Kvalitní infrastruktura
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zadavatel:

Název zadavatele	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo zadavatele	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rektor
IČ zadavatele	44555601
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Lukáš Potměšil oddělení veřejných zakázek tel.: 475 286 391

1.

Zadavatel obdržel dne 6. 9. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Anonymizované znění dotazu a odpověď na něj uvádí zadavatel formou této zprávy.

Dotaz:

Vážení,

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení s uchazeči a zákazu diskriminace. Domníváme se, že v našem případě toto ustanovení dodrženo nebylo.

Naší společností jste v části A bez odůvodnění zamítli požadavek na dodání laminárních boxů s vnější hloubkou 810 mm, což je o 3 cm více, než je požadovaných 780 mm. Jinému zájemci jste povolili dodání boxů s vnitřní šířkou 900 mm, což je o 4 cm méně, než je požadovaných 940 mm.

Dle našeho názoru je takový postup diskriminační a v rozporu se zákonem zvýhodňuje jednoho uchazeče na úkor jiných. Rozdíly v rozměrech boxů v řádu několika cm jsou pro práci v boxu zcela nepodstatné a nedávají důvod k vyloučení jednoho z nejvýznamnějších světových dodavatelů z účasti na veřejné zakázce.

Žádáme tedy o revizi Vašeho rozhodnutí a povolení nabídnout box s vnější hloubkou 810 mm. Znovu zdůrazňujeme, že boxu lze odejmout zadní kryt po dobu stěhování a nastěhovat ho dveřmi širokými 80 cm.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Vzhledem k tomu, že jste na žádost jiného uchazeče povolili zmenšení požadované vnitřní šířky boxu na 900 mm, se box dostává z kategorie 120 cm do kategorie 90 cm. V této kategorii je ovšem obvyklé, že vnitřní šířka je o něco menší než 900 mm a vnější šířka o něco větší než 900 mm. Mohli byste tedy akceptovat box o vnitřní šířce min. 880 mm?

Odpověď:

Zadavatel především na úvod deklaruje, že vůči jakémukoliv dodavateli nepostupuje diskriminačně, ke každému dodavateli přistupuje rovně a nerozdílně a žádného z dodavatelů nezvýhodňuje na úkor jiného.

Postup zadavatele při úpravě technických parametrů laminárních boxů rozhodně nebyl diskriminační a odporující zásadám uvedeným v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť v tomto konkrétním případě došlo k úpravě vnitřních rozměrů boxů na rozdíl od předchozí neakceptované žádosti dodavatele, který požadoval úpravu vnějších rozměrů boxů. Toliko zadavatel uvádí k vyjádření dodavatele ohledně, dle názoru dodavatele, diskriminačního postupu zadavatele při zadávání této veřejné zakázky.

Zadavatel přesto opětovně posoudil požadované parametry laminárních boxů, a aby odstranil jakékoliv pochybnosti tazatele ohledně postupu zadavatele, akceptuje změnu vnějších i vnitřních rozměrů boxů v části A:

- Maximální vnější rozměry boxu bez stojanu (š×h×v) 1 400 × 810 × 1 500 mm,
- Minimální vnitřní rozměry boxu (š×h×v) 880 × 570 × 620 mm.

2.

Zadavatel na základě předchozí odpovědi postupuje ve smyslu § 99 odst. 2 věta druhá zákona a přikročil k prodloužení lhůty pro podání nabídky na veřejnou zakázku o celou svou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku: 23. 9. 2019, 10:00 hod.

V Ústí nad Labem, dne 9. 9. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY