

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Požadavek na dodání nového nepoužitého přístroje:

Část 6.

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	<u>Účastník vyplní parametry nabízeného předmětu plnění*</u>
Systém na úpravu vody	Systém pro výrobu ultračisté vody min. pro následující aplikace: příprava pufrů pro LC, IC, AAS, ...; příprava roztoků pro izokratickou a gradientovou HPLC; rozpouštění a ředění vzorků; příprava chemických roztoků pro titrátory, spektrofotometry, a elektroforézy	ANO
	Možnost umístění na zeď	ANO
	Příprava ultračisté vody přímo z kohoutkové (pitné) vody	ANO
	Integrovaný zásobník max. 6 l vody	ANO
	Možnost rozšíření na externí tank, možnost k připojení k myčce	ANO
	Možnost připojení filtru pro aplikace UPLC nebo LC-MS/MS	ANO
	Uživatelská výměna pouze jedné kombinované čistící patrony	NE
	Specifické dočištění pomocí různých koncových filtrů	ANO
	Předčištění vodovodní vody a reverzní osmóza v jednom setu	ANO
	Bez nutnosti sanitace	NE
	Uživatelská výměna celého setu	ANO
	Možnost nastavitelného volumetrického odběru ultračisté vody	ANO
	Ošetření vody v zásobníku pomocí vzduchového filtru	ANO
	Možnost nastavení recirkulace vyrobené vody před jejích odběrem	ANO
	Dodání včetně UV lampy (186 a 254 nm)	ANO (185/254)
	Dodání včetně patron pro čištění vody (1 x pro instalaci, 1 x náhradní, celkem min. 2 ks)	ANO

	Dodání včetně koncového filtru pro finální dočištění pro odstranění částic a mikroorganismů, velikost pórů 0,22 µm	ANO
	Instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ANO
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH	149 000 Kč	
Počet ks	1	
Předpokládaná cena celkem bez DPH	149 000 Kč	

***Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.**

