

LEGENDA VYBAVENÍ

M.Č.	OZN.	PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ	ROZMĚR	POČET	MAX. PŘÍKON(W)	POZNÁMKA
1.09a	1	STŮL ROHOVÝ	1500x 600x 750 1500x 600x 750	1		
	2	STŮL	1820x 750x 750	1		
	3	STŮL	1820x 750x 750	1		
		KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ	450x 530x 620	2		
	4, 5, 6, 7	SKŘÍŇ LABORATORNÍ	900x 450x 1960	1		
	8	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ		3		
	9	POLICE	1100x 260x 50	3		
	10	VEŠÁK	600x 1300x 18	1		
1.09b	1	STŮL	1820x 1000x 800	1		
	2	STŮL	1800x 1000x 800	1		
	3, 4, 5	STŮL	1220x 700x 800	3		
	6	DIGESTOR 2100	2100x 900x 2500	1	4155	
	7	LEDNICE	590x 610x 2000	1		
	8, 9	SKŘÍŇ BEZPEČNOSTNÍ	1198x 615x 2050	2		
	9, 10	STŮL	1220x 750x 900	2		
	11	GC-FID DANI	720x 580x 1070	1	4155	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	12	CENTRIFUGA THERMO	220x 320x 320	1	310	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	13	LD-DAD MERCK HITACHI	260x 500x 800	1	365	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	14	SUSARMA MEMMERT	600x 700x 800	1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	15	PC-PERIFERIE		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	16	PC-PERIFERIE		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	17	MUFLOVÁ PEC LAC	600x 600x 700	1	5300	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	18	TOPNÉ HNÍZDO	220x 220x 80	1	420	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	ZÁŘEZNÍ UMÍSTĚNÉ V DIGESTORU C.6	VAKUOVÁ PUMPA		1	245	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		ROTAČNÍ ODPAKKA		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		pH METR WTW InoLab		1	100	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		pH METR Hanna Instrument		1	100	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		VAKUOVÁ PUMPA Kvf Lab		1	165	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		PŘEDVÁŽKY PHOENIX		1	100	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		INFRAVÁHNY KERN		1	430	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
		19 ŽIDLE SPECIÁLNÍ		3		Židle: košilová, sedák z polypropylenu, umytelná, odnímatelná, chemikáliím a olejům bez područek
		20 RAMENO CHEMICKÉ		1		
		1 DIGESTOR 2100	2100x 900x 2500	1		
1.09c		CAMAG TLC-AMS INTERFACE				NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	2	STŮL	1800x 1000x 800	1		
	3	STŮL	1500x 1000x 800	1		
	4a, 4b, 4c	STŮL	820x 700x 800	3		
	5	STŮL	1820x 900x 800	1		
	6	STŮL	1820x 1000x 800	1		
	7	LEDNICE	670x 600x 1450	1		
	8, 9	STŮL - SESTAVA VČ. MEDIOVÉ STĚNY	1200x 1000x 900	1		
	11	BRUKER GC	1200x 600x 1100	1	2300	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	12	BRUKER MS	700x 1000x 1300	1	1300	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	13	BRUKER OLEJOVÁ VÝVĚVA	560x 200x 600	1	1200	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	14	BRUKER PERIFERIE		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	15	AGILENT qMS- PERIFERIE		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
1.09d	16	AGILENT qTOF- PERIFERIE		1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	17	VÝVĚVA AGILENT qMS	560x 200x 600	1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	18	AGILENT qMS	1300x 520x 1100	1	2960	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	19	AGILENT qTOF- GCXGC	1300x 1000x 1800	1	1800	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	20	NEOBSAZENO				
	21	PolyScience kryostat	400x 500x 600	1	1200	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	22	VÝVĚVA AGILENT qTOF	340x 140	1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	23	ŽIDLE SPECIÁLNÍ		3		Židle: košilová, sedák z polypropylenu, umytelná, odnímatelná, chemikáliím a olejům bez područek


M.Č.	OZN.	PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ	ROZMĚR	POČET	MAX. PŘÍKON(W)	POZNÁMKA
1.09d	1, 2	SKŘÍŇ LABORATORNÍ	800x 450x 1960	2		
	3	STŮL ROHOVÝ	1500x 600x 750 1000x 600x 750	1		
	4	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ		2		
	5	VEŠÁK	800x 1300x 18	1		
1.10	1	STŮL	1800x 900x 900x 900	1+1		
	1, 2, 3	DIGESTOR 1200	2100x 900x 2500	3		
	4	STŮL MYČÍ	2420x 750x 900	1		
	5	ÚPRAVNA VODY GORO	400x 600x 200	1	40	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	6	LEDNICE	590x 610x 2000	1		
1.11	7	RAMENO CHEMICKÉ		1		
	1	STŮL	2020x 600x 900	1		
	2	STŮL MYČÍ	900x 750x 900	1		
	3	MYČKA LABORATORNÍ SKLA	800x 600x 850	1		
	4	ODKAPÁVAČ NEREZ NA STĚNU		1		
1.12	1, 2	DIGESTOR 1500	1500x 900x 2500	2		
	1	SKŘÍŇ LABORATORNÍ	800x 450x 1960	2		
	2	SKŘÍŇ LABORATORNÍ	900x 450x 1960	2		
	3, 4	STŮL	1520x 750x 750	1		
	5	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ		1		
1.13	6	POLICE	1100x 260x 50	1		
	7	VEŠÁK	800x 1300x 18	1		
1.14	1	STŮL VÁHOVÝ	900x 600x 750	1		
	2	RAMENO CHEMICKÉ		1		
	3	VÁHY ANALYTICKÉ	220x 320x 320	1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	1	STŮL ROHOVÝ	1800x 700x 900 1800x 700x 900	1		
1.15	1	GENERÁTOR DUSÍKU MIZELA	800x 600x 750	1	1610	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
	2	GENERÁTOR DUSÍKU GENIUS	800x 600x 750	1		NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
1.16	1	STŮL	1820x 750x 750	1		
	2	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ	450x 530x 620	1		
	3	SKŘÍŇ	450x 450x 1960	1		
	4	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ		1		
	5	VEŠÁK	800x 1300x 18	1		

POZNÁMKA:

Přesná specifikace vybavení, které je předmětem stavby je uvedena ve výpisu nábytku, standardy jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Přístrojové zařízení, které není předmětem dodávky stavby je umístěno na pozici dle požadavku a specifikace uživatele.

Číslo	Změna	Datum

Projekt:
VYTVOŘENÍ LABORATORÍ FŽP

Zpracovatel:
**Correct BC, s.r.o.**
Elšíky Kránskohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jana Košťálová
tel.: +420 602 747 305
e-mail: košťalova@correct-bc.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dlouhý

Kontroloval:
Ing. Petr Dlouhý

Část:
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu:
PŮDORYS 1.NP - DISPOZICE VYBAVENÍ

Zakazník:
**UJEP v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem**

Objekt:
SO 01

Stupeň:
DPS

Měřítko:
1:50

Formát:
BxA4

Datum:
09/2022

Kopie/Copy:

Číslo výkresu:
D.1.1.b - 06

Změna:
REV 000

Archivní číslo: